

1.无菌持物钳的正确使用方法是：

- A.可夹取任何无菌物品
- B.取放无菌持物钳时，钳端应用闭合
- C.手术室持物钳每周消毒一次
- D.使用时持物钳端向上

解析:B

2.腔镜器械的消毒灭菌宜用：

- A.酒精浸泡法
- B.戊二醛浸泡法
- C.紫外线照射法
- D.高压蒸气灭菌法
- E.煮沸法

解析：B

3.对手术器械最有效的灭菌法是：

- A.燃烧法
- B.高压蒸气灭菌法
- C.煮沸消毒法
- D.烤箱干热灭菌法
- E.微波消毒灭菌法

解析：B

4.灭菌后的无菌物品其有效保存期为：

- A.12h
- B.24h
- C.1 天
- D.7 天
- E.7—15 天

解析：D

5.煮沸灭菌法，在水中煮沸 100 度后，杀灭细菌芽胞至少需要煮沸的是：

- A.20min
- B.30min
- C.40min
- D.60min
- E.120min

解析：D

6.皮肤缝合常用（）针：

- A、小圆针
- B.矮胖针
- C.大圆针
- D.三角针

解析：D

7.缝合腹腔和子宫的缝线是：

- A.尼龙线
- B.丝线
- C.子尾线
- D.可吸收线

解析：D

8. 导致手术野污染的途径，应除外哪项

- A. 手术器械用品
- B. 麻醉器械
- C. 手术人员的手臂
- D. 病人手术区皮肤
- E. 感染病灶或空腔脏器内容物

解析：导致手术视野污染的主要途径有五个：手术器械、手术人员的手臂、病人手术区皮肤、感染病灶或空腔脏器内容物以及手术室空气。

9. 下列哪项不可用煮沸方法消毒

- A. 心脏起搏器
- B. 电线
- C. 膀胱镜
- D. 手术器械
- E. 手术巾单

解析：金属器械、玻璃、搪瓷制品及橡胶类耐热耐湿，适合煮沸灭菌法。

10. 煮沸消毒时为提高沸点可在水中加入

- A. 氢氧化钠
- B. 碳酸氢钠
- C. 亚硝酸钠
- D. 石炭酸
- E. 明矾

解析：碳酸氢钠可提高沸点，在煮沸消毒时常用。

11. 穿戴无菌手术衣及手套后，应将双手置于

- A. 头上
- B. 胸前
- C. 后背
- D. 两侧腋下
- E. 下腹部

解析：穿好手术衣戴好手套后，无菌区的范围一般为“上不过肩，下不过腰”，胸前及双上肢为手术者的无菌区域。

12. 下列哪种化学消毒灭菌剂不能杀灭芽胞

- A. 碘酊
- B. 过氧乙酸
- C. 戊二醛
- D. 甲醛
- E. 酒精

解析：乙醇为无毒、中效消毒剂，对皮肤黏膜有刺激性，对金属无腐蚀性，有机物对其消毒作用影响较大，且易挥发，不稳定，不能杀灭芽胞。

13. 应用最普遍、效果最可靠的灭菌方法是

- A. 煮沸法
- B. 紫外线照射法
- C. 消毒剂浸泡法
- D. 消毒剂熏蒸法
- E. 高压蒸气灭菌法

解析：耐高温、耐高湿的器械、器材和物品，首选热力消毒灭菌法，其中压力蒸汽灭菌法高压。

高温.高湿度，效果最理想。

14. 能杀灭芽胞的化学消毒剂是

- A. 70%乙醇
- B. 2%戊二醛
- C. 0.1%消毒净
- D. 0.1%洗必泰
- E. 0.1%苯扎溴铵

解析：戊二醛是广谱.强力灭菌剂，用 2%的溶液浸泡 30 分钟可消毒，浸泡 10 小时可灭菌。

15. 手术人员无菌准备不正确的是

- A. 帽子必须完全盖住头发
- B. 先穿无菌手术衣再戴无菌手套
- C. 每桶苯扎溴铵溶液限泡 40 人次
- D. 戴无菌手套时，已消毒手指不能接触手套背侧部
- E. 肘部触及有菌物后可继续手术，但应注意该处不再接触无菌区

解析：手术人员不慎触及有菌物品后，均视为污染，需重新更换无菌手术衣及无菌手套。

16. 手术人员在手术前正确的操作是

- A. 用口罩遮住口唇，鼻外露
- B. 刷手后冲洗时手指朝下
- C. 从手指向上刷到肘关节处
- D. 刷手后无菌毛巾要来回擦拭手臂
- E. 手部污染之后必须重新刷手才能进行下一台手术

解析：手术人员的无菌准备应用口罩遮住口鼻，刷手时应刷至肘上 10cm，刷后冲洗时手指朝上肘朝下，用无菌毛巾从手到肘上擦干手臂，擦过近端的毛巾不可逆回擦远部。

17. 接台手术更换手术衣和手套的方法，下列哪一项步骤错误

- A. 先脱手套，后脱手术衣
- B. 手只能接触手套内面
- C. 流水冲净滑石粉，并揩干
- D. 酒精浸泡手臂 5min
- E. 穿无菌手术衣，戴手套

解析：连台手术时更换时应先脱手术衣，后脱手套，流水冲净滑石粉揩干后，在 70%的乙醇中浸泡 5 分钟，重新穿手术衣戴手套。

18. 戴无菌手套前，术者手可接触的部位是

- A. 手套指部
- B. 手套手掌部
- C. 手套手背部
- D. 手套口翻转部
- E. 手套口边缘

解析：戴无菌手套时应注意：未戴手套的手只能接触手套的内面，已戴手套的手只能接触手套的外面。

19. 术中器械台被水浸湿正确的做法是

- A. 更换器械台
- B. 更换无菌巾
- C. 用纱布擦干
- D. 用酒精消毒浸湿处
- E. 加盖无菌巾

解析：术中器械台被水浸湿后应加盖无菌巾。

20. 手术进行中的无菌原则哪项不正确

- A. 切开皮肤后需用无菌纱布保护切口
- B. 无菌器械台保持清洁干燥
- C. 手术器械落至台面以下，手术单边缘以上的应取回再用
- D. 手术人员调换位置时应背对背调换
- E. 切开空腔脏器前应用纱布垫遮盖保护周围组织

解析：手术器械落至手术台面以下时应视为污染，不可继续使用。

21. 关于手术进行中的无菌原则的叙述下列哪项是错误的

- A. 不可在手术人员背后传递器械
- B. 手术台平面以下为污染区
- C. 术中被肠内容物污染的器械必须冲洗后再用
- D. 手套破损立即更换
- E. 皮肤切开及缝合之前均要用 70% 乙醇消毒

解析：术中被肠内容物污染的器械不可继续使用，需更换或重新消毒灭菌后才能使用。

22. 手术人员洗手消毒完毕后应保持

- A. 双手上举姿势
- B. 双手下垂姿势
- C. 拱手姿势
- D. 双手与肘平行姿势
- E. 双手交叉姿势

解析：手术人员洗手消毒完毕后应保持拱手姿势，不可接触未消毒的物品。

23. 手术室的限制区

包括

- A. 通向限制区的走廊
- B. 无菌器械准备室
- C. 手术间
- D. 洗手间
- E. 无菌敷料室

解析：限制区(无菌区)是指手术间、洗手间、无菌物品存放间等，设在手术室内侧，要求最为严格。非手术人员或非在岗人员禁止入内，手术间内的一切人员及其活动都须严格遵守无菌原则。

24. 预防腹腔手术病人发生术后肠粘连的措施中，哪项是手术护士应该做到的

- A. 手术中提拉肠管时要轻柔
- B. 勿将肠管在腹腔外暴露过久
- C. 手套上滑石粉应冲洗干净
- D. 术后鼓励早期起床活动
- E. 腹腔引流管放置时间不应太长

解析：手术护士手术前应术者手套上的滑石粉冲洗干净，避免滑石粉带入腹腔引起术后肠粘连。

25. 手术护士与巡回护士应共同完成的工作为

- A. 术中观察病情
- B. 传递器械
- C. 安置手术体位
- D. 清点器械敷料

E. 术后清洗器械

解析：需要由巡回护士和器械护士一起完成的工作是手术开始前、术中关闭体腔及深部切口前清点器械、敷料。

26. 关于病人皮肤消毒的叙述正确的是

- A. 消毒皮肤时可以来回涂擦
- B. 会阴部皮肤可用碘附涂擦两遍
- C. 消毒区内若有空白应返回涂擦
- D. 一般用 2.5% 碘酊涂擦皮肤即可
- E. 所有部位均以切口为中心向四周扩展

解析：手术区皮肤消毒：常用 2.5% 碘酊涂抹一遍后用 70% 乙醇涂抹脱碘两遍，但面部、黏膜、会阴部、婴幼儿皮肤及供皮区应选用 0.1% 新洁尔灭、0.5% 氯己定醇或碘伏溶液涂擦两遍。消毒时以切口为中心，逐步向四周扩展，但感染手术或肛门会阴部手术则方向相反。消毒区内不留空白，不得回擦。

27. 手术过程中，清点核对器械、敷料的时间是

- A. 手术开始前和准备关体腔前
- B. 手术进行中
- C. 手术开始前
- D. 开始缝合皮肤前
- E. 手术完毕后

解析：需要由巡回护士和器械护士一起完成的工作是手术开始前、术中关闭体腔及深部切口前清点器械、敷料。